



PERU  
Ministerio  
de Salud

Dirección Regional de Salud Tumbes  
Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## ALERTA DIGEMID N° 03 - 2022

### RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE UN DISPOSITIVO MÉDICO OBSERVADO POR RESULTADO CRÍTICO DE CONTROL DE CALIDAD

La DIGEMID, comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de medicamentos en el sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

1. La DIGEMID, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control analítico, asimismo evalúa los resultados no conformes de productos adquiridos por organismos del Estado.
2. Como resultado de estas acciones se ha identificado un lote de un Dispositivo Médico cuyo resultado del control de calidad ha sido considerado crítico.
3. En cumplimiento de sus funciones, la DIGEMID dispuso oportunamente el retiro del mercado y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado del siguiente dispositivo médico:

| NOMBRE DEL PRODUCTO                                         | N.º DE LOTE | REGISTRO SANITARIO | FABRICANTE                   | PAÍS | TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO/CERTIFICADO DEL REGISTRO SANITARIO | RESULTADOS ANALÍTICOS                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| YER MED (Equipo de Microgotero o con cámara graduada) 100ML | 2090220     | DM0286N            | LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C. | PERÚ | LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C.                                      | No conforme para los ensayos de funcionalidad y fugas. |

Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado permanezca aún en el mercado nacional o estén en posesión de los pacientes, la DIRESA TUMBES, realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que se puedan derivar de su utilización.

Cualquier consulta comunicarse al cel. 958117559

Tumbes, 14 de enero del 2022



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

AV. Fernando Belaunde Terry MZ. "X" LOTE 01-10- Urb. José Lishner Tudela